

Łysomice, dnia 18.03.2021 r

dotyczy postępowania: 2021/BZP 00016702/01

Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach udziela wyjaśnień na poniżej postawione pytania.

1. Dotyczy części I punktu 2 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z monitorem LCD FULL HD o przekątnej 21,5 cala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu o takich parametrach.

2. Dotyczy części I punktu 13 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o głębokości skanowania obrazu 1 – 35 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu o takich parametrach.

3. Dotyczy części II parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wadze aparatu z akumulatorem 7,2 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu o takich parametrach.

4. Dotyczy części II parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę mikroconvex i głowicę kardiologiczną noworodkową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu o takich parametrach.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łysomicach

lek.med. Tomasz Włodarski