

Łysomice, dnia 19.03.2021r.

dotyczy postępowania: 2021/BZP 00016702/01

Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach udziela wyjaśnień na poniżej postawione pytania.

1. Dotyczy pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta który posiada nieznacznie mniejszy monitor LCD z podświetleniem LED o wielkości 21,5 cala i rozdzielczości 1920x1080 pikseli?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu o takich parametrach.

2. Dotyczy pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z nagrywarką DVD-R/RW która nie jest wbudowana w aparat ale posiada do tej opcji dedykowane miejsce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu.

3. Dotyczy pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z automatycznym pomiarem NT oraz manualnym pomiarem IT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu.

4. Dotyczy pkt. 39

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łysomicach

lek.med. Tomasz Włodarski

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który nie posiada pomiaru Z-SCORE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu , który nie posiada pomiaru Z-SCORE.

5. Dotyczy pkt. 43

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który nie posiada pomiaru IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu.

6. Dotyczy pkt. 44

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który posiada automatyczne pomiary biometryczne BDP, HC, AC, FL oraz manualny pomiar HL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego aparatu.

7. Dotyczy pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convexową zdecydowanie przewyższającą wymagania Zamawiającego o częstotliwości 1,0 – 6,0 MHz, liczbie elementów 960, oraz 10 pasmami częstotliwości harmonicznej, kąta obrazowania 70 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowany aparat o takich parametrach.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w tysomicach

lek.med. Tomasz Włodarski